

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与すべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび下記項目の検査受託を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。

ご利用の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

(記)

■ 検査項目 [2904]クロストリジウム・ディフィシル トキシン核酸検出

■ 受託開始日 平成31年2月12日(火) 受付分より

■ 検査要項

項目コード	2904
検査項目名	クロストリジウム・ディフィシル トキシン核酸検出
検体・保存	糞便小指頭大1g ・ 冷蔵
容器	専用(CDトキシン核酸検出用容器)
検査方法	リアルタイムPCR
基準値	陰性(-)
所要日数	2~4日
実施料	未収載
判断料	未収載
備考	糞便中の <i>Clostridium difficile</i> トキシンB のDNA を検出します。

■ 本検査と既承認迅速検査※結果の一致性

		迅速検査結果(トキシンA/B)		
		陽 性	陰 性	合 計
本検査	陽 性	42	36	78
	陰 性	0	212	212
	合 計	42	248	290

※イムノクロマトグラフ法によるGDH及びトキシンA/B抗原検出

(BDマックスCDIFF添付文書より引用)

■ CDトキシン核酸検出用容器



以上
No. 19-02