

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の検査受託を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。
ご利用の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

(記)

■ 検査項目 [2428]有機フッ素化合物(PFAS)

■ 受託開始日 令和7年2月1日(土) 受付分より

■ 検査要項

項目コード	2428
検査項目名	有機フッ素化合物(PFAS) ^{※1}
検体・保存	血清 0.5mL ・ 冷蔵
容器	①汎用容器
検査方法	LC-MS/MS法
基準値	設定せず ^{※2}
所要日数	不定期(月2回)
実施料	未収載
報告下限	PFOA, PFOS, PFHxS :0.5 未満 ng/mL それ以外 :0.2 未満 ng/mL
報告上限	9990000 以上 ng/mL
報告桁数	小数1位
備考	※1. 報告成分として、PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFDA, PFUnA, N-MeFOSAA の各濃度およびPFAS4種(PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA)、PFAS7種の合算値を 報告します。 ※2. 米国(The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (The National Academies)の勧告)では、血清中のPFAS濃度が20以上ng/mLの場 合、PFAS曝露の低減を奨励すべきであるとされています。

■ 参考文献

Guidance on PFAS Exposure, Testing, and Clinical Follow-Up(2022), The National Academies:doi.org/
10.17226/26156

「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報(内閣府 食品安全委員会)

https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.html

以上

No. 25-01